

南京医科大学单一来源采购专家论证意见表

项目信息		项目名称：纳喷离子源购置项目
		供应商名称：江苏省科技发展有限公司
使用单位		南京医科大学公共卫生学院
专家 信息	姓名	张璐璐
	工作单位(部门)	南京医科大学药学院
	职务、职称	副教授
专家论证意见		<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>加配以内喷离子源和原有质谱仪 若直接连接不会出现问题，从应用 的便捷性考虑，建议购买同品牌纳 喷离子源。</p> <p style="text-align: right;">签字：张璐璐</p> <p style="text-align: right;">日期：2021.7.20</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

南京医科大学单一来源采购专家论证意见表

项目信息		项目名称：纳喷离子源购置项目
使用单位		南京医科大学公共卫生学院
专家 信息	姓名	洪俊丽
	工作单位(部门)	南京医科大学药学院
	职务、职称	副教授
专家论证意见		<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>加配的纳喷离子源是对现在离子源部分的很好补充。考虑到各品牌离子源价格相差不大的情况，建议购买同品牌的纳喷离子源。</p> <p style="text-align: right;">签字：洪俊丽</p> <p style="text-align: right;">日期：2021.7.20.</p>


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

南京医科大学单一来源采购专家论证意见表

项目信息		项目名称：纳喷离子源购置项目
		供应商名称：江苏省科技发展有限公司
使用单位		南京医科大学公共卫生学院
专家 信息	姓名	柳菡
	工作单位(部门)	南京海关 动植物与食品检测中心
	职务、职称	高级工程师
专家论证意见		<p>目前纳喷离子源各个品牌同档次的价格相差不大。建议纳喷离子源和原质谱仪是同一品牌。防止出现问题后，不同品牌互相推诿。</p> <p style="text-align: right;">签字：柳菡 日期：2021.7.20.</p>


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

南京医科大学单一来源采购专家论证意见表

项目信息		项目名称：纳喷离子源购置项目
使用单位		南京医科大学公共卫生学院
专家 信息	姓名	单进军
	工作单位（部门）	南京中医药大学中医儿科学研究所
	职务、职称	教授
专家论证意见		<p style="text-align: center;"><u>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</u></p> <p>纳喷离子源的适配性和兼容性 问题需要注意，如果出现数据不兼 容的情况导致数据丢失需要在后续 使用中花费大量时间调试。因此从运 行成本考虑，建议购置与原装同品牌 的纳喷离子源。</p> <p style="text-align: right;">签字：  日期： 2021.7.20</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

南京医科大学单一来源采购专家论证意见表

项目信息		项目名称：纳喷离子源购置项目
		供应商名称：江苏省科技发展有限公司
使用单位		南京医科大学公共卫生学院
专家信息	姓名	童文骏
	工作单位(部门)	南京师范大学化学院
	职务、职称	教授
专家论证意见		<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>由于纳喷离子源需要通过触点与接口安装在质谱仪上,制造商在质谱接口设计上留有一些专利设计,导致其他品牌的纳喷离子源或完全无法适配或即便勉强适配也有兼容性问题。因此建议购买原装进口纳喷离子源。</p> <p style="text-align: right;">签字: </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021. 7. 20</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。